



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WC magasító



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

10 cm-rel magasítja meg a WC ülőkét. Rendkívül stabil, mivel a WC tetejére 4 fül (konzol) segítségével rögzíthető. Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást. A felhasználó maximális súlya: 185 kg lehet. Fedéllel is kapható. Súlya: 1,7 kg (V1214722), 1,3 kg (V1214721).

FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e. Mindig ellenőrizze a WC magasító állapotát is felhelyezés előtt, különös tekintettel a támaszkodó felületekre.

Ne tegye ki a terméket extrém hőmérsékletnek (0° alá vagy 45° fölé).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ellenőrizze, hogy a meglévő WC jól illeszkedik-e.

1. Rögzítse a kék füleket a WC magasítóhoz.
2. Helyezze a magasítót a WC kagylóra, miután felhajtotta az ülőkét.
3. Ütközésig tolja be a rögzítő füleket.
4. A magasítót felfelé, függőleges irányban kell eltávolítani.
5. A rögzítő fülek alján lévő gomb megnyomásával a fülek is eltávolíthatók.

KEZELÉS

Naponta tisztítsa. Kerülje a súrolószerek alkalmazását. Sima felülete szappanos vízzel vagy klórmentes tisztítószerrel könnyen tisztítható.

ANYAGÖSSZETÉTEL

Polipropilén

GYÁRTJA: Thuasne 118-120, rue Marius AUFAN BP 243 - 92307 Levallois-Perret – Franciaország

A GYÁRTÓ MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE/SZERVÍZ: THUASNE HUNGARY KFT.

BUDAPEST., 1117 Budafoki u 60. Tel.: 36-1-2091143 www.thuasne.hu

JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 2 év jótállást biztosítunk. A jótállásból természetes módon kizárt minden, a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülés.

A kereskedő pecsétjének szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, ezen jótállási jegy kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

A TB támogatással igénybe vett gyógyászati segédeszközök jótállási időn túli javítását a TB támogatja (olyan mértékben, ahogyan maga az eszköz is támogatást kap). A közgyógyellátásban szereplő eszközök javítása térítésmentes. Egy javítás ÁFA- mentes értéke (anyag, kiszállási-, és munkadíj együtt) nem haladhatja meg az eszköz támogatásának 60%-át. Egy termék javítására a kihordási időn belül maximum a termék közfinanszírozás alapjául elfogadott ára 130%-ának megfelelő összeg fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját költségére javítja, vagy a kihordási idő végéig cserekeszüléket biztosít. A javításra való jogosultságot a szervizkönyvbe bevezetett adatokkal lehet igazolni. A szervizkönyv megőrzése az ügyfelek kötelessége.

GYÁRT. SZÁM:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:.....

TB SZERVÍZJOGOSULTSÁG UTOLSÓ IDŐPONTJA:.....

A KERESKEDŐ PECSÉTJE:



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WC magasító



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

10 cm-rel magasítja meg a WC ülőkét. Rendkívül stabil, mivel a WC tetejére 4 fül (konzol) segítségével rögzíthető. Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást. A felhasználó maximális súlya: 185 kg lehet. Fedéllel is kapható. Súlya: 1,7 kg (V1214722), 1,3 kg (V1214721).

FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e. Mindig ellenőrizze a WC magasító állapotát is felhelyezés előtt, különös tekintettel a támaszkodó felületekre.

Ne tegye ki a terméket extrém hőmérsékletnek (0° alá vagy 45° fölé).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ellenőrizze, hogy a meglévő WC jól illeszkedik-e.

1. Rögzítse a kék füleket a WC magasítóhoz.
2. Helyezze a magasítót a WC kagylóra, miután felhajtotta az ülőkét.
3. Ütközésig tolja be a rögzítő füleket.
4. A magasítót felfelé, függőleges irányban kell eltávolítani.
5. A rögzítő fülek alján lévő gomb megnyomásával a fülek is eltávolíthatók.

KEZELÉS

Naponta tisztítsa. Kerülje a súrolószerek alkalmazását. Sima felülete szappanos vízzel vagy klórmentes tisztítószerrel könnyen tisztítható.

ANYAGÖSSZETÉTEL

Polipropilén

GYÁRTJA: Thuasne 118-120, rue Marius AUFAN BP 243 - 92307 Levallois-Perret – Franciaország

A GYÁRTÓ MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE/SZERVÍZ: THUASNE HUNGARY KFT.

BUDAPEST., 1117 Budafoki u 60.. Tel.: 36-1-2091143 www.thuasne.hu

JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 2 év jótállást biztosítunk. A jótállásból természetes módon kizárt minden, a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülés.

A kereskedő pecsétjének szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, ezen jótállási jegy kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

A TB támogatással igénybe vett gyógyászati segédeszközök jótállási időn túli javítását a TB támogatja (olyan mértékben, ahogyan maga az eszköz is támogatást kap). A közgyógyellátásban szereplő eszközök javítása térítésmentes. Egy javítás ÁFA- mentes értéke (anyag, kiszállási-, és munkadíj együtt) nem haladhatja meg az eszköz támogatásának 60%-át. Egy termék javítására a kihordási időn belül maximum a termék közfinanszírozás alapjául elfogadott ára 130%-ának megfelelő összeg fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját költségére javítja, vagy a kihordási idő végéig cserekeszüléket biztosít. A javításra való jogosultságot a szervizkönyvbe bevezetett adatokkal lehet igazolni. A szervizkönyv megőrzése az ügyfelek kötelessége.

GYÁRT. SZÁM:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:.....

TB SZERVÍZJOGOSULTSÁG UTOLSÓ IDŐPONTJA:.....

A KERESKEDŐ PECSÉTJE:

SZERVÍZKÖNYV

Gyártó meghatalmazott képviselője (név, cím)	A hiba leírása	Az elvégzett munka leírása	A javítás nettó összege (HUF)	A javítás időpontja/leírás

SZERVÍZKÖNYV

Gyártó meghatalmazott képviselője (név, cím)	A hiba leírása	Az elvégzett munka leírása	A javítás nettó összege (HUF)	A javítás időpontja/leírás